

即用型三溴乙醇溶液成品检验报告

版本号: A/0

AB/WIE-06-04-02

产品名称		2.5% 即用型三溴乙醇		规格/型号	M2820
产品批号		1607A		有效期至	2026.1.14
检验水平		GB/T2828.1-2012 正常检验一次抽样方案，特殊检验水平 S-2 进行， AQL=1.5			
检验依据		企业标准 Q/NJAB 100-2026 《即用型三溴乙醇溶液》 企业质量文件 AB/WIS-06-04 《即用型三溴乙醇质检作业指导书》			
检验环境		温度：25℃，湿度 60%			
序号	标准条款	检测项目	技术要求	检测记录	单项判定
1	5.1	物理性能	5.1.1 外观：无色的澄清液体	符合	通过/不通过
			5.1.2 装量 平均装量不少于标示装量，每个容器装量不少于标示装量的 97%	符合	通过/不通过
2	5.2	化学性能	5.2.1 PH 值>5.0	符合	通过/不通过
3	5.3	生物性能	5.3.1 无菌 产品采用无菌加工技术生产，无菌保证水平为10-3	符合	通过/不通过
			5.3.2 细菌内毒素 应小于1.0 EU/mL	符合	通过/不通过
4	4.2.6		4.2.6 支原体 支原体核酸检测结果为阴性	符合	通过/不通过

检验结论:

经检验, 依据企业标准 Q/NJAB 100-2026 《即用型三溴乙醇溶液》, 判定本批产品

检验合格

检验员: 陈颖 2026 年 7 月 22 日

复核: 张子 2026 年 7 月 22 日

审批: 张冰 2026 年 7 月 22 日

附: 本表说明:

- 1、检验报告检测记录为符合的应填写“符合”, 不符合的, 应填写“不符合”
- 2、检验结果判定中符合要求的打“√”, 不符合要求的打“×”。

南京爱贝生物科技
有限公司质控专用章